

國立佳冬高級農業職業學校_____ (處室/科別) 離心機械設備(名稱：_____) 定期檢查表

實習工場名稱：_____

規定檢查頻率：每年(開學前一週檢查完成)

檢查日期：_____年_____月_____日

項次	檢查項目	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
外殼	1.外殼螺絲是否栓緊	目視			
	2.使用時，蓋子是否蓋緊	實測			
	3.外殼有無龜裂、變形現象	目視			
	4.電源是否接地	目視			
回轉體	5.回轉體螺絲是否栓緊	實測			
	6.是否標示最大轉速	目視			
	7.回轉體有無龜裂、變形現象	目視			
主軸軸承	8.自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出	目視			
	9.主軸軸承有無龜裂、變形現象	目視			
	10.轉速所發出的聲音是否正常	實測			
制動器	11.是否有制動裝置	實測			
	12.是否有設備操作手冊	目視			
建議改善事項：					

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第 18 條辦理。

2. 檢查結果請打勾(✓)；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於開學前一週完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：